

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:****Dodávka mycích a dezinfekčních automatů 2019****1. Dotaz**

Ve shodě s odst.7 Zadávací dokumentace požadují vysvětlení resp. potvrzení záměru zadavatele ohledně BTK v době záruky.

Zadavatel požaduje u všech přístrojů provádění BTK po dobu 24 měsíční záruky zdarma. U částí 3, 4 a 5 se jedná pouze o mycí automaty na laboratorní sklo. Tento typ přístrojů ale nepodléhá zákonu o zdravotnických prostředcích, a tedy u nich není zákonem nařízeno pravidelné provádění BTK.

Požaduje zadavatel i přes tento fakt zohlednění ceny u těchto částí VZ a nacenění včetně BTK?

**Odpověď:**

Zadavatel souhlasí s tazatelem, že v případě předmětu plnění v částech 3, 4 a 5 této veřejné zakázky malého rozsahu se nejedná o zdravotnické prostředky dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, a tak se na tyto položky nevztahují povinnosti z tohoto zákona vyplývající. Zadavatel však trvá na provádění všech kontrol, revizí a pravidelné údržby u položek těchto částí zakázky v záruční době zdarma, pokud jsou tyto výrobcem nařízeny či doporučeny.

V Plzni dne 11.9.2019