

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:**Dodávka sterilizátorů pro potřeby lékárny – OLO – 2019****1. Dotaz**

U položek 1.1 a 2.1 požadujete horkovzdušný sterilizátor o objemu 300-400 litrů. Náš sterilizátor má objem komory 404 litrů, připustíte toto minimální navýšení?

Odpověď:

Ano, zadavatel navrhované řešení u položky 1.1 a 2.1 připouští. Zároveň zadavatel upravuje dotčený parametr tak, že v uvedených položkách připustí nabídky o objemu 300 – 400 litrů s horní hranicí v toleranci +10 %. Tj. pro položky 1.1 a 2.1 bude zadavatel akceptovat nabídky naplňující parametr:

- objem komory v rozsahu 300 – 440 litrů.

2. Dotaz

V bodě 2.2. uvádíte, že "Věcné plnění VZ musí obsahovat veškeré příslušenství, potřebné pro plné využití vlastností a funkcionality zařízení". Parní sterilizátory obecně potřebují ke svému provozu kromě elektrické energie i další média jako upravenou vodu a stlačený vzduch. Zajištění těchto médií bývá na straně uživatele, je tomu tedy tak i v tomto případě?

Odpověď:

Příslušenstvím zadavatel chápe prostředky určené výrobcem k použití společně se zařízením tak, aby bylo možno využít jeho vlastnosti a funkcionality v plné míře odpovídající min. požadavkům veřejné zakázky. Elektrickou energii, vodu i stlačený vzduch nepovažuje zadavatel za příslušenství sterilizátorů a nejsou tedy předmětem zakázky. Vybraný dodavatel však v rámci dodávky zajistí instalaci nabízených zařízení, vč. napojení na patřičné zdroje.

3. Dotaz

Zakázka je rozdělena do 2 samostatných částí, ale ze zadávací dokumentace nevyplývá, jestli v případě, že se podává nabídka do obou částí je nutné podat dvě samostatné nabídky, každou se svojí kvalifikací, případně každou v samostatné obálce nebo stačí podat jednu společnou nabídku se společnou kvalifikací? Dále také není jasné, jak bude v případě podání pouze některé části rozdělen společný limit 1.990.000,- bez DPH.

Odpověď:

Zakázka je rozdělena do 2 samostatných částí. Zadavatel připouští i dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, tj. účastníci mohou podat nabídku rovněž jen na její jednotlivé části. V případě, že se bude dodavatel účastnit obou částí zakázky, může podat jednu nabídku pro obě části se společným prokázáním naplnění kvalifikačních podmínek dle Výzvy k této veřejné zakázce malého rozsahu.

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu pro obě části souhrnně ve výši 1.990.000,- bez DPH. Zároveň zadavatel upozorňuje, že tato veřejná zakázka byla vyhlášena v režimu veřejné zakázky malého rozsahu, jejíž hodnota dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, nesmí převýšit částku 2.000.000,- Kč bez DPH (v součtu za obě části zakázky). Při nenaplnění této podmínky není zadavatel pro takovou zakázku oprávněn uzavřít smlouvy.

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vážení,

oznamujeme, že zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do **14.10.2019** do 9:00 hod. Důvodem je výše uvedená úprava zadávacích podmínek.

V Plzni dne 4.10.2019



Ing. Kateřina Voříšková