

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka intraorálních zubních rentgenových přístrojů**Dotaz č.1**


Otázka:

Chtěla bych naši firmu přihlásit do výběrového řízení dodávky intraorálních RTG a mám ještě malý dotaz. V zadání výběrového řízení jsem nenašla specifikaci délky maximálního dosahu ramena RTG. V našich možnostech je dodat RTG s dosahem 184 cm a 212 cm. Který z těchto rozměrů preferujete?

Odpověď:

Délka ramene není z našeho pohledu nikterak zásadní, a proto nebyla ani uvedena ve výzvě, nicméně preferujeme delší rameno.

V Plzni dne 2.5.2011


Bc. Lukáš Ureš