

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

Dodávka pojízdného narkotizačního přístroje

Lhůta pro podání nabídek:	09.05.2011, do 9.00 h	Zodpovědná osoba:	Ing. Miloš Hostek +420 377 103 645 hostek@fnplzen.cz
----------------------------------	-----------------------	--------------------------	---

V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka pojízdného narkotizačního přístroje pro vedení anestezie pro dospělé i děti s monitorem vitálních funkcí (dále jen: „nákup“).

Obsah

1. Základní identifikační údaje Zadavatele	2
2. Předmět veřejné zakázky	2
3. Předpokládaná hodnota zakázky	3
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky	3
5. Způsob prokázání kvalifikace	3
5.1. Základní kvalifikační předpoklady	4
5.2. Profesní kvalifikační předpoklady	4
6. Požadovaná struktura nabídky	4
7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám	4
8. Hodnocení nabídek	4
8.1. Nabídková cena - váha 87%	5
8.2. Záruka za jakost - váha 10%	5
8.3. Náklady na PBTk za 1 rok po záruční době - váha 3%	5
9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny	5
10. Variantní nabídky	6
11. Lhůta pro podání nabídek	6
12. Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni	6
13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky	6
14. Způsob a místo pro podání nabídek	6
15. Obchodní podmínky	6
16. Práva Zadavatele	7
17. Přílohy	7

1. Základní identifikační údaje Zadavatele

Zadavatel	Název	Fakultní nemocnice Plzeň
	Sídlo	Dr. E. Beneše 13, Plzeň 305 99
Zastoupený	Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka	
Kontaktní údaje	Kontaktní osoba	Bc. Lukáš Ureš
	Telefon	+420 377 402 417
	E-mail	uresl@fnplzen.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nového pojízdného narkotizačního přístroje pro vedení anestezie pro dospělé i děti s monitorem vitálních funkcí pro Anesteziologicko-resuscitační kliniku FN Plzeň.

Bližší vymezení předmětu zakázky:

- systém vak ve válci,
- elektronicky řízený ventilátor,
- univerzální přístroj pro všechny druhy výkonů v celkové anestezii,
- patientský okruh s minimálním objemem pro zajištění rychlé reakce na změnu koncentrace anestetik.

Ventilační režimy:

- manuální, spontánní, řízená ventilace s režimy: objemově řízená, tlakově řízená, SIMV, elektronicky nastavitelný PEEP až do 20cm H₂O,
- dechový objem v rozmezí minimálně 20 – 1400 ml,
- dechová frekvence v rozmezí minimálně 3 až 80 dechů/min,
- nastavení I:E v rozsahu 2:1 až 1:8,
- automatická aktivace záložního ventilačního režimu při apnoe,
- uzavřený i otevřený okruh,
- ventilace laryngální maskou,
- kompenzace netěsnosti okruhu,
- použitelnost pro dětské pacienty od 20ml.

Přívod plynů:

- O₂, N₂O, vzduch z centrálního rozvodu s možností připojení tlakových lahví,
- jistění proti hypoxické směsi,
- signalizace ztráty tlaku O₂,
- trvalá instalace dvou odpařovačů inhalačních anestetik (isoflurane, sevoflurane).

Napájení:

- elektrická síť 230V/50Hz,
- provoz na záložní akumulátory minimálně 30 minut,

- upozornění na provoz z akumulátorů.

Monitoring:

- EKG, NIBP, SpO₂, minimálně 1xInvBP,
- kompletní anesteziologická analýza plynů Fi a Et: AA, N₂O, CO₂, O₂, MAC,
- možnost návratu vzorku analýzy zpět do okruhu při minimal flow režimu,
- spirometrie včetně zobrazení křivek, snímání od endotracheální rourky,
- analýza ventilace: patientské spirometrické křivky, detailní měření ventilačních poměrů a hodnot rezistence, compliance plic na kanyle pacienta, nikoliv z ventilátoru,
- dětský režim spirometrie,
- nastavitelné limity alarmů pro všechny parametry, optická a zvuková signalizace.

Alarmy:

- zvukové a optické alarmy při výpadku elektrické sítě, při poklesu nebo ztrátě tlaku plynů v centrálním rozvodu.

Odsávačka:

- integrovaná v přístroji, pohon stlačeným plynem nebo elektrická, dostatečný výkon pro zajištění funkčnosti.

Ostatní specifikace:

- nízké provozní náklady na spotřebu plynů (low flow, minimal flow),
- dostatečná pracovní plocha, horní odkládací police,
- jednoduché ovládání a testování,
- běžná údržba, sterilizace parou,
- elektrické zásuvky pro připojení dalších přístrojů (např. lineární dávkovače),
- dobře čitelný a přehledný displej monitoru,
- spolehlivý a dostupný servis.

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 909.091,- Kč bez DPH (1.000.000,- Kč s DPH).

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění zakázky:	23.05.2011
Termín ukončení plnění zakázky:	26.06.2011
Místo plnění	Anesteziologicko-resuscitační klinika FN Plzeň - Bory

5. Způsob prokázání kvalifikace

Uchazeč je povinen prokázat kvalifikaci v dále uvedeném rozsahu. Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění

