

VYHODNOCENÍ NABÍDEK NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

Dodávka pojízdného narkotizačního přístroje

1. Seznam doručených nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče/zájemce	IČ/RČ/datum narození uchazeče/zájemce	Datum a čas podání nabídky
1	PURO-KLIMA, a.s.	00149331	06.05.2011 , 8:30:00
2	Cheirón a.s.	27094987	09.05.2011 , 7:25:00
3	Hoyer Praha s.r.o.	60491582	09.05.2011 , 7:45:00
4	Technicare CZ, spol. s.r.o.	26817802	09.05.2011 , 8:15:00
5	Dräger Medical s.r.o.	26700760	09.05.2011 , 8:30:00
6	MEDISET CHIRONAX s.r.o.	48200417	09.05.2011 , 9:55:00

2. Seznam posuzovaných nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče/zájemce	IČ/RČ/datum narození uchazeče/zájemce	Výsledek posouzení
1	PURO-KLIMA, a.s.	00149331	vyhovuje
2	Cheirón a.s.	27094987	vyhovuje
3	Hoyer Praha s.r.o.	60491582	vyhovuje
4	Technicare CZ, spol. s.r.o.	26817802	vyhovuje
5	Dräger Medical s.r.o.	26700760	vyhovuje
6	MEDISET CHIRONAX s.r.o.	48200417	nevyhovuje

3. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Číslo nabídky	Důvod pro vyřazení nabídky
6	nabídka nebyla doručena do Dodavatelem stanovené lhůty (tj. 9.5.2011, do 9.00).

4. Popis způsobu posouzení nabídek včetně odůvodnění


Posouzení podaných nabídek provedla komise v souladu s požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek.

5. Výsledek posouzení

Komise se shodla na doporučení **zrušit výběrové řízení** na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: „Dodávka pojízdného narkotizačního přístroje“, z důvodu **nedostatečné specifikace požadovaných vlastností přístroje** uvedené ve výzvě k podání nabídky (patientská jednotka včetně vyhřívání, přístroj musí pracovat i bez přívodu stlačeného vzduchu). Komise doporučuje přesněji specifikovat požadované vlastnosti přístroje a výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu vypsát opakovaně.

Toto doporučení bylo schváleno 7.6. 2011.

V Plzni dne 7.6.2011



Ing. Lukáš Ureš