

## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

**Dodávka tlakového injektoru pro AG pracoviště**

<b>Lhůta pro podání nabídek:</b>	13.05.2011, do 9.00 h	<b>Zodpovědná osoba:</b>	Ing. Miloš Hostek +420 377 103 645 hostek@fnplzen.cz
----------------------------------	-----------------------	--------------------------	--

V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka tlakového injektoru pro AG pracoviště, který je rovněž deklarovaný výrobcem pro CT vyšetření (dále jen: „nákup“).

**Obsah**

1. Základní identifikační údaje Zadavatele.....	2
2. Předmět veřejné zakázky.....	2
3. Předpokládaná hodnota zakázky.....	3
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky.....	3
5. Způsob prokázání kvalifikace.....	3
5.1. Základní kvalifikační předpoklady.....	3
5.2. Profesionální kvalifikační předpoklady.....	3
6. Požadovaná struktura nabídky.....	3
7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám.....	4
8. Hodnocení nabídek.....	4
8.1. Nabídková cena - váha 80%.....	4
8.2. Záruka za jakost - váha 10%.....	4
8.3. Náklady na PBTK za 1 rok po záruční době - váha 10%.....	4
9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny.....	5
10. Variantní nabídky.....	5
11. Lhůta pro podání nabídek.....	5
12. Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni.....	5
13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky.....	5
14. Způsob a místo pro podání nabídek.....	5
15. Obchodní podmínky.....	6
16. Práva Zadavatele.....	6
17. Přílohy.....	6

## 1. Základní identifikační údaje Zadavatele

<b>Zadavatel</b>	Název	Fakultní nemocnice Plzeň
	Sídlo	Dr. E. Beneše 13, Plzeň 305 99
<b>Zastoupený</b>	Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka	
<b>Kontaktní údaje</b>	Kontaktní osoba	Bc. Lukáš Ureš
	Telefon	+420 377 402 417
	E-mail	<a href="mailto:uresl@fnplzen.cz">uresl@fnplzen.cz</a>

## 2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka tlakového injektoru pro AG pracoviště Radiodiagnostického oddělení FN Plzeň - Bory, který je rovněž deklarovaný výrobcem pro CT vyšetření. Deklarace výrobce pro použití k aplikaci kontrastní látky v rámci CT vyšetření je nutná z důvodu využití přístroje jako záložního injektoru pro CT pracoviště v případě poruchy.

Bližší vymezení předmětu zakázky:

- přístroj musí být kompatibilní s RTG zařízením AXIOM Artis DTa a POLYSTAR SX 65,
- výrobcem deklarován i pro použití k aplikaci kontrastní látky v rámci CT vyšetření,
- stojanové provedení, stabilita proti překocení a snadný pojezd,
- minimálně jednolinkové provedení, dvoulinkové provedení je výhodou řešení,
- temperování kontrastní látky,
- snadné a bezpečné odvětrání aplikačního systému,
- pístový systém aplikace kontrastní látky, práce s vakem je výhodou řešení,
- maximální najednou aplikovatelný objem kontrastní látky 200ml,
- volba objemu v krocích alespoň po 1ml nebo méně,
- rychlost aplikace kontrastní látky pro AG: 0,1 – 30ml/s, pro CT: 0,1 – 10ml/s,
- volba rychlosti aplikace kontrastní látky v krocích alespoň 0,1ml/s nebo méně,
- aplikační tlak alespoň pro AG: 83bar, pro CT: 21bar,
- minimálně 30 nastavitelných programů (připouští se 10% tolerance),
- dotyková obrazovka je výhodou řešení,
- snadná dezinfekce povrchu přístroje,
- bezkabelové provedení je výhodou řešení,
- dálkové ovládání je výhodou řešení,
- možnost resterilizace pístu a válce je výhodou řešení,
- připojení na elektrickou síť 230V/50Hz,
- minimálně 24 měsíční záruční doba (musí být jednotná pro všechny komponenty dodávky),
- v době záruky provádění PBTK a elektrických revizí zdarma.

### 3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 454.546,- Kč bez DPH (500.000,- Kč s DPH).

### 4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

<b>Termín zahájení plnění zakázky:</b>	27.05.2011
<b>Termín ukončení plnění zakázky:</b>	27.06.2011
<b>Místo plnění</b>	Radiodiagnostické oddělení Bory

### 5. Způsob prokázání kvalifikace

Uchazeč je povinen prokázat kvalifikaci v dále uvedeném rozsahu. Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí Zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Splněním kvalifikace se rozumí:

- splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
- splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, včetně odpovídajících živnostenských oprávnění na všechny vykonávané činnosti.

#### 5.1. Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 53 zákona. Dodavatel prokazuje splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení.

#### 5.2. Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

### 6. Požadovaná struktura nabídky

Uchazeč ve své nabídce musí doložit minimálně níže uvedený rozsah požadavků:

- Identifikační údaje uchazeče.
- Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona, čestným prohlášením. (odstavec 5. 1., této výzvy)
- Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54, písmene a) a b) zákona. (odstavec 5. 2., této výzvy)
- Nabídková cena v členění dle části 9 této výzvy.
- Popis a technické specifikace nabízeného zboží.
- Platná prohlášení o shodě nabízeného zboží (dle legislativy EU či národní).
- Návrh kupní smlouvy podepsaný uchazečem dle vzorové kupní smlouvy, která je přílohou této výzvy.
- Další dokumenty dle uvážení uchazeče.

