

## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

**Dodávka systému pro automatické imunohistochemické barvení - imunostainer**

<b>Lhůta pro podání nabídek:</b>	23.06.2011, do 9.00 h	<b>Zodpovědná osoba:</b>	Ing. Miloš Hostek +420 377 103 645 <a href="mailto:hostek@fnplzen.cz">hostek@fnplzen.cz</a>
----------------------------------	-----------------------	--------------------------	---

V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka systému pro automatické imunohistochemické barvení - imunostainer (dále jen: „nákup“).

**Obsah**

1. Základní identifikační údaje Zadavatele .....	2
2. Předmět veřejné zakázky .....	2
3. Předpokládaná hodnota zakázky .....	3
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky .....	3
5. Způsob prokázání kvalifikace .....	3
5.1. Základní kvalifikační předpoklady .....	3
5.2. Profesionální kvalifikační předpoklady .....	3
6. Požadovaná struktura nabídky .....	3
7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám .....	4
8. Hodnocení nabídek .....	4
8.1. Nabídková cena - váha 87% .....	4
8.2. Záruka za jakost - váha 10% .....	4
8.3. Náklady na PBTk za 1 rok po záruční době - váha 3% .....	4
9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny .....	5
10. Variantní nabídky .....	5
11. Lhůta pro podání nabídek .....	5
12. Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni .....	5
13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky .....	5
14. Způsob a místo pro podání nabídek .....	5
15. Obchodní podmínky .....	6
16. Práva Zadavatele .....	6
17. Přílohy .....	6

## 1. Základní identifikační údaje Zadavatele

<b>Zadavatel</b>	Název	Fakultní nemocnice Plzeň
	Sídlo	Dr. E. Beneše 13, Plzeň 305 99
<b>Zastoupený</b>	Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka	
<b>Kontaktní údaje</b>	Kontaktní osoba	Ing. Lukáš Ureš
	Telefon	+420 377 402 417
	E-mail	<a href="mailto:uresl@fnplzen.cz">uresl@fnplzen.cz</a>

## 2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nového, dosud nepoužívaného, systému pro automatické imunohistochemické barvení, tzv. imunostaineru, pro Šiklův patologicko – anatomický ústav – pracoviště Lochoťín.

Bližší vymezení předmětu zakázky:

- přístroj s plně automatickým provozem imunohistochemického barvení a schopností využít přístroje i pro hybridizaci in situ – deparafinizace tkáně, demaskování antigenů, automatické dávkování protilátky, automatické dávkování detekčních a barvicích činidel bez nutnosti přerušování běhu přístroje a bez nutnosti zásahu obsluhy během tohoto procesu,
- minimálně 30 nezávislých pozic, přičemž každá nezávislá pozice umožňuje provádění odlišného barvicího protokolu, včetně vkládání individuálních skel na každou pozici během chodu přístroje pro statimový režim,
- schopnost současného automatizovaného provádění imunohistochemie a in situ hybridizace,
- všechny reagensy (enzymy, protilátky, detekční kity) ve formě k přímému použití,
- možnost použití protilátek různých výrobců (plně otevřený systém),
- použití veškerých provozních činidel bez obsahu xylenu (vzhledem k jeho toxicitě),
- systém umožňující připojení dalších systémů (dalších shodných přístrojů k jednomu ovládacímu PC, aby bylo možné sdílení stejných reagensů a pracovních postupů),
- uživatelské rozhraní, software a manuál přístroje v českém jazyce,
- adekvátní UPS zařízení pro případný výpadek el. proudu,
- konektivita s informačními zdrav. systémy,
- aplikační a servisní podpora v češtině,
- spolehlivý, pravidelný a rychlý servis - v případě neodstranění závady do 48h bezplatné zapůjčení přístroje,
- přístroj nesmí být staršího data výroby než 2 roky od podání této nabídky,
- připojení na elektrickou síť 230V/50Hz,
- minimálně 24 měsíční záruční doba (musí být jednotná pro všechny komponenty dodávky),
- v době záruky provádění PBTK a elektrických revizí zdarma.

