

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

Dodávka materiálu pro hojení ran metodou podtlakové terapie

Lhůta pro podání nabídek:	27.09.2011, do 9.00 h	Zodpovědná osoba:	Ivana Komárková +420 377 103 585 komarkova@fnplzen.cz
----------------------------------	-----------------------	--------------------------	---

V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka materiálu pro hojení ran metodou podtlakové terapie (dále jen: „nákup“).

Obsah

1. Základní identifikační údaje Zadavatele.....	2
2. Předmět veřejné zakázky.....	2
2.1. Požadavky pro dodávku spotřebního materiálu	2
2.2. Specifikace požadovaného přístrojového vybavení	2
3. Předpokládaná hodnota zakázky.....	3
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky	3
5. Způsob prokázání kvalifikace.....	3
5.1. Základní kvalifikační předpoklady.....	4
5.2. Profesionální kvalifikační předpoklady	4
6. Požadovaná struktura nabídky	4
7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám.....	4
8. Hodnocení nabídek.....	4
9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny	5
10. Variantní nabídky	5
11. Lhůta pro podání nabídek	5
12. Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni	5
13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky	5
14. Způsob a místo pro podání nabídek	5
15. Obchodní podmínky	5
16. Práva Zadavatele	6
17. Přílohy	6

1. Základní identifikační údaje Zadavatele

Zadavatel	Název	Fakultní nemocnice Plzeň
	Sídlo	Dr. E. Beneše 13, Plzeň 305 99
Zastoupený	Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka	
Kontaktní údaje	Kontaktní osoba pro dotazy	Ing. Lukáš Ureš
	Telefon	+420 377 402 417
	E-mail	uresl@fnplzen.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro hojení ran metodou podtlakové terapie v požadované struktuře s podmínkou bezplatného zapůjčení potřebného přístrojového vybavení po dobu dvou let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. V dalších bodech této výzvy jsou uvedeny požadavky jak na dodávku spotřebního materiálu (odstavec 2. 1., této výzvy), tak požadované specifikace zapůjčených přístrojů (odstavec 2. 2., této výzvy).

2.1. Požadavky pro dodávku spotřebního materiálu

Hojení chronických, subakutních a akutních ran s nutností odvádět exsudát pomocí subatmosférického podtlaku aplikovaného prostřednictvím ultratenkého portu, způsobující dekompresi pěnového obvazu a stimulující tvorbu granulace rány.

Bližší specifikace a skladba materiálů, včetně předpokládané roční spotřeby, je uvedena v příloze č.1.

2.2. Specifikace požadovaného přístrojového vybavení

Jako součást dodávky materiálu pro hojení ran metodou podtlakové terapie požaduje zadavatel bezplatné poskytnutí přístrojového vybavení minimálně v konfiguraci uvedené dále, včetně bezplatného servisu a zaškolení s příslušnými návody (v českém jazyce). Návrh smlouvy o zápůjčce techniky musí být součástí nabídky a musí obsahovat závazek prokazatelného provádění preventivních periodických bezpečnostně technických kontrol – PBTk včetně zajištění metrologických náležitostí na náklady uchazeče. Tato smlouva o zápůjčce techniky je uvedena v příloze a slouží jako závazný vzor pro uchazeče. Protokoly o provedení PBTk musí být pravidelně předávány na OTZ.

Dále se uchazeč v návrhu smlouvy zaváže v případě poruchy předmětu zápůjčky k jeho uvedení do provozu nejpozději do 48 hodin. V případě, že nebude oprava provedena v tomto časovém limitu, uchazeč zapůjčí zadavateli po dobu opravy jiný přístroj.

Zadavatel požaduje poskytnutí 4 kusů přístroje pro podtlakovou terapii hojení ran natrvalo a 1 kus (přenosný nebo nepřenosný, dle požadavku Zadavatele), který je uchazeč schopen poskytnout dočasně na vyžádání Zadavatele. Požadovaná struktura natrvalo poskytnutých přístrojů:

- 3x nepřenosný přístroj určený pro nemobilní pacienty,
- 1x přenosný přístroj určený pro mobilní pacienty.

Bližší vymezení přístrojového vybavení:

1. Nepřenosný přístroj:

- možnost použití velkokapacitního (nejméně 500ml) kanystru s filtrem,
- dotykový displej,
- odpojitelný napájecí kabel,

