

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka monitorů vitálních funkcí včetně centrální stanice


Zadavatel:

Zadavatel si dovoluje upozornit uchazeče na doplnění ve výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka monitorů vitálních funkcí včetně centrální stanice.

V rámci dodávky monitorů vitálních funkcí požaduje zadavatel **dodání servisních manuálů a proškolení dvou zaměstnanců FN Plzeň** v rozsahu oprávnění k provádění preventivních bezpečnostně technických kontrol (tj. rozsah §§22,27,28 zákona 123/2000Sb. v platném znění).

O proškolení bude vydáno příslušným zaměstnancům osvědčení.

V Plzni dne 28.11.2011



Ing. Lukáš Ureš